

Дополнительные принадлежности для аквадистилляторов Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gaf@nt-rt.ru || сайт: <http://gfl.nt-rt.ru/>

Дополнительные принадлежности / предварительная подготовка

Предварительная подготовка всех дистилляторов фирмы GFL

2001/2 – 2001/4, 2002 – 2012, 2102 – 2108, 2202 – 2304



Дехлорирующий фильтр

устраняет хлорсодержащие вещества, добавленные к водопроводной воде. Укомплектован соединениями для напорного шланга 1/2 дюйма* (внутренний Ø 12,7 мм), включает первоначальный наполнитель.

Наполнитель подлежит замене каждые полгода.

* Шланги для подачи и отвода воды не входят в комплект стандартной поставки

№ для заказа 2904

Запасной наполнитель для дехлорирующего фильтра

№ для заказа 2905



Фосфатный шлюз

предотвращает кристаллизацию солей жесткости в конденсаторе благодаря фосфатированию водопроводной воды. Применим при жесткости воды 4–15° dH.

Укомплектован соединениями для напорного шланга 1/2 дюйма* (внутренний Ø 12,7 мм), включает первоначальный наполнитель.

Наполнитель следует добавлять по мере расходования
* Шланги для подачи и отвода воды не входят в комплект стандартной поставки приборов

№ для заказа 2906

Запасной наполнитель для фосфатного шлюза

№ для заказа 2907



Фильтр предварительной очистки 1 мкм

для предварительной очистки исходной воды и защиты аппарата от преждевременного засорения.

Соответствует предписаниям FDA для пищевых продуктов. Укомплектован соединениями для напорного шланга 1/2 дюйма* (внутренний Ø 12,7 мм), включает фильтрующий патрон.

Патрон подлежит замене каждые полгода.

* Шланги для подачи и отвода воды не входят в комплект стандартной поставки

№ для заказа 2912

Запасной патрон для фильтра предварительной очистки

№ для заказа 2913

Дополнительное оборудование для заказов №. 2904, 2906, 2912



Стеновой кронштейн

для фильтра, с винтами для крепления фильтра к стеновому кронштейну

№ для заказа 2921



Стеновой кронштейн

для двух фильтров, с одной соединительной муфтой для соединения фильтров с винтами для крепления фильтров к стеновому кронштейну

№ для заказа 2922




Стеновой кронштейн

для трех фильтров, с двумя соединительными муфтами для соединения фильтров с винтами для крепления фильтров к стеновому кронштейну

№ для заказа 2923

Варианты подключения фильтра предварительной очистки, дехлорирующего фильтра и фосфатного шлюза



1 Подача исходной воды 2 Раздельная подача Необходимо неукоснительно соблюдать последовательность подключения

Дополнительные принадлежности



2001/2–2001/4



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2940



2002

Раздельная подача воды

для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

При наполненном накопительном резервуаре подача предварительно обработанной воды автоматически не отключается.

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2901



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2940



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельной подачей воды 2901

№ для заказа 2946

Дополнительные принадлежности



2004

Раздельная подача воды

для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

При наполненном накопительном резервуаре подача предварительно обработанной воды автоматически не отключается.

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2901

Раздельная подача воды при помощи магнитного клапана

для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды. **При наполненном накопительном резервуаре магнитный клапан перекрывает подачу предварительно обработанной воды.**

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2909



№ для заказа 2910

Реле уровня для внешнего накопительного резервуара

для отключения подачи воды и электропитания при заполненном внешнем накопительном резервуаре (не входит в комплект поставки)



№ для заказа 2941

Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов



№ для заказа 2946

Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельным подводом воды 2901 или 2909

Дополнительные принадлежности



2008 - 2012

Раздельная подача воды

для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

При наполненном накопительном резервуаре подача предварительно обработанной воды автоматически не отключается.

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2901

Раздельная подача воды при помощи магнитного клапана для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды. **При наполненном накопительном резервуаре магнитный клапан перекрывает подачу предварительно обработанной воды.**

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2909



Реле уровня для внешнего накопительного резервуара

для отключения подачи воды и электропитания при заполненном внешнем накопительном резервуаре (не входит в комплект поставки)

№ для заказа 2910

Нагревание при помощи термостата для внутреннего накопительного резервуара

сохраняет дистиллят стерильным

№ для заказа 2911



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2941



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельной подачей воды 2901 или 2909

№ для заказа 2946



2102–2108

Раздельная подача воды при помощи магнитного клапана для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

Аппарат автоматически контролирует поступление холодной и предварительно подготовленной воды.

Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2903

Реле уровня для внешнего накопительного резервуара

для отключения подачи воды и электропитания при заполненном внешнем накопительном резервуаре (не входит в комплект поставки)

Рис. 2008–2012

№ для заказа 2910



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2941



Набор шлангов

состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельной подачей воды 2903

№ для заказа 2947

Дополнительные принадлежности



2202 – 2208

Раздельная подача воды при помощи магнитного клапана для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

Аппарат автоматически контролирует поступление охлаждающей и предварительно подготовленной воды. Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2902



2302 – 2304

Раздельная подача воды при помощи магнитного клапана для подачи на перегонный куб умягченной или полностью деминерализованной воды (давление > 1 бар), а на охлаждающий змеевик (давление > 3 бар) – фосфатированной или обычной водопроводной воды

Аппарат автоматически контролирует поступление охлаждающей и предварительно подготовленной воды. Снижение производительности дистиллятора примерно на 10–15 %

№ для заказа 2902



Реле уровня для внешнего накопительного резервуара

для отключения подачи воды и электропитания при заполненном внешнем накопительном резервуаре (не входит в комплект поставки)

№ для заказа 2908



Реле уровня для внешнего накопительного резервуара

для отключения подачи воды и электропитания при заполненном внешнем накопительном резервуаре (не входит в комплект поставки)

№ для заказа 2908



Набор шлангов состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5/1,0 м), отбора дистиллята (0,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2943




Набор шлангов состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5/1,0 м), отбора дистиллята (0,5 м) и шланговых зажимов

№ для заказа 2944



Набор шлангов состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5/1,0 м), отбора дистиллята (0,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельной подачей воды 2902

№ для заказа 2948



Набор шлангов состоит из шлангов для подачи и отвода воды (1,5/1,0 м), отбора дистиллята (0,5 м) и шланговых зажимов, в сочетании с раздельной подачей воды 2902

№ для заказа 2949



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gaf@nt-rt.ru || сайт: <http://gfl.nt-rt.ru/>